

785nmLDにアイソレーターを取り付けたモジュールの安定度

変動は測定器のノイズとされます。

パワーメーター上では弊社アイソレーター無し安定化モジュールと差は見られません。

